



**/do uczestników postępowania/**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/29/15).**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 i 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami i informacją o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych:

**Pytanie:**

„W związku z postępowaniem przetargowym ZP/29/15 chciałabym zapytać o warunki zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ, opis zadania 2:

- 9. Czy zakres pomiarowy może wynosić do 2,4 m/s zamiast 2,5 m/s?
- 13. Czy zestaw miernika z drążkami pomiarowymi może być cięższy niż 2kg?
- 17. Czy czas pracy może być krótszy niż 24h?
- 18. Czy możliwe jest dostarczenie jednego zestawu akumulatorów?”

**Odpowiedź:**

- 1) Ad. pkt 9

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na przepływomierz o zakresie pomiarowym wynoszącym 2,4 m/s.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2. Otrzymuje on brzmienie:

„9. Pomiar prędkości wody do +2,4 m/s.”

- 2) Ad. pkt 13

Waga określona w pkt. 13 Opisu przedmiotu zamówienia dotyczy zestawu rejestratora wraz z czujnikiem pomiarowym i nie uwzględnia wagi drążka pomiarowego / łaty mierniczej (pkt. 15) oraz kabla łączącego rejestrator z czujnikiem (pkt. 11).

3) Ad. pkt 17

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na przepływomierz, którego czas pracy na jednym akumulatorze lub zestawie baterii wynosi nie mniej niż 12 godzin.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt 17 Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2. Otrzymuje on brzmienie:

„17. Czas pracy na jednym akumulatorze lub zestawie baterii min. 12h.”

4) Ad. pkt 18

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na przepływomierz, w skład którego wchodzić będzie tylko jeden akumulator, ale tylko w przypadku, gdy będzie to wbudowany wewnętrzny akumulator, który może być w pełni naładowany z innego źródła zewnętrznego (podczas prac terenowych, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej). W takim przypadku, wraz z przedmiotem zamówienia należy dostarczyć urządzenia umożliwiające pełne naładowanie akumulatora wewnętrznego.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt 18 ppkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2. Otrzymuje on brzmienie:

„2) Dwa dedykowane akumulatory lub zestawy baterii ALBO jeden wbudowany wewnętrzny akumulator wraz z urządzeniami umożliwiającymi jego pełne naładowanie bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.”

**Formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych dla Zadania 2, uwzględniający zmiany wprowadzone do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

  
mgr Beata Fromeliusz