



Warszawa, dnia 12.11.2015 r.

/do uczestników postępowania/

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/29/15).

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych:

Pytanie 1:

„W formularzu zgodności do zadania 2 jeśli chodzi o osprzęt dodatkowy czy dostarczenie 2 dedykowanych akumulatorów lub urządzenia umożliwiającego naładowanie miernika bez podłączenia do sieci elektrycznej jest warunkiem koniecznym?”


Czy podane parametry mierzone przez urządzenie muszą być spełnione w całości (głównie chodzi o błąd pomiaru prędkości)?”

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga, zgodnie z treścią pkt 18 ppkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, by urządzenie będące przedmiotem oferty zawierało dwa dedykowane akumulatory lub zestawy baterii albo jeden wbudowany wewnętrzny akumulator wraz z urządzeniami umożliwiającymi jego pełne naładowanie bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.

Urządzenie będące przedmiotem oferty musi spełniać wszystkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Naukowych


dr hab. Mariusz Majdański
prof. PAN