



Warszawa, dnia 27.10.2016 r.

/do uczestników postępowania/

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę czterech rejestratorów sygnałów pochodzących z czujników geofizycznych u (nr ref. sprawy: ZP/28/16).

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę czterech rejestratorów sygnałów pochodzących z czujników geofizycznych:

Pytania:

„W nawiązaniu do zamówienia na dostawę czterech rejestratorów sygnałów pochodzących z czujników geofizycznych (nr ref. sprawy: ZP/28/16).
czy dopuszcza się:

1. wszystkie kanały mają wspólne odniesienie, nie są odizolowane
2. dostęp do zarejestrowanych danych poprzez USB port
3. Czy wadium na 4 rejestratory to 1000zł”.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Tak, Zamawiający dopuszcza, by wszystkie kanały miały wspólne odniesienie (masę), z zastrzeżeniem, że moduł przetwarzania analogowo-cyfrowego musi być odizolowany od zasadniczej części cyfrowej rejestratora.

Ad. 2.

Nie, Zamawiający wymaga, by dostęp do rejestratora był poprzez Ethernet. Dostęp poprzez USB port może być jedynie dodatkowym sposobem dostępu do rejestratora.

Ad. 3.

Tak, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę czterech rejestratorów sygnałów pochodzących z czujników geofizycznych Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych


mgr Beata Fromeliusz