



/do uczestników postępowania/

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sejsmicznej aparatury pomiarowej wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jej użycia w pracach terenowych (nr ref. sprawy: ZP/14/19).

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sejsmicznej aparatury pomiarowej wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jej użycia w pracach terenowych, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Opis rejestratora. Punkt 5. możliwość ustawienia próbkowania co najmniej na: 50, 100, 200, 400 Hz.

Zamawiający określił konkretne wartości próbkowania, w tym maksymalną wartość 400 Hz. Oferowany przez Wykonawcę rejestrator posiada możliwość próbkowania w zakresie znacznie szerszym niż określony przez Zamawiającego (4000, 1000, 500, 250, 200, 125, 100, 50, 40, 20, 10, 5, 1, 0.1). Oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie posiada wprawdzie wartości próbkowania 400Hz, ale posiada wartości większe (500, 1000, 4000 Hz), a więc bardziej korzystne z punktu widzenia pomiarowego.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu punktu 5 na:

„Możliwość ustawienia próbkowania co najmniej na: 50, 100, 200, ≥ 400 Hz” ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmiany formularza oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty po zmianach stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

Opis rejestratora. Punkt 8. rozmiar rejestratora: maksymalna wysokość: 10cm, suma pozostałych wymiarów nie większa niż 30 cm.

www.igf.edu.pl

„suma pozostałych wymiarów nie większa niż 30 cm” nie jest parametrem technicznym, który ogranicza funkcjonalność czy możliwość użytkowania urządzenia. W ocenie Wykonawcy parametr ten nie wpływa negatywnie na pracę z urządzeniem, szczególnie, że Zamawiający nie określił wartości maksymalnej długości czy szerokości, więc ich stosunek może być dowolny.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu punktu 8 na:

„rozmiar rejestratora: maksymalna wysokość: 10cm, suma pozostałych wymiarów nie większa niż 35 cm” ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmiany formularza oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty po zmianach stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:

Opis rejestratora. Punkt 9. masa rejestratora bez baterii maks. 1 kg.

Rejestrator jest urządzeniem, które jest przenoszone wyłącznie w trakcie transportu. Podczas pracy urządzenie znajduje się w spoczynku, więc jego masa nie ma dużego znaczenia. Parametr masy w połączeniu z listą innych zapisów znacznie ogranicza innym Wykonawcom możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, a tym samym uniemożliwia konkurencyjność ofert.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu punktu 9 na:

„masa rejestratora bez baterii maks. 1.4 kg” ?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje wymagania treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział XII ust. 1 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymują brzmienie:

1. **Oferty należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 30.10.2019 r. do godziny 12.00.**
4. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2019 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 211, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.**

W imieniu Zamawiającego

Instytut Geofizyki-PAN
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych


Beata Fromeliusz

www.igf.edu.pl

ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
tel.: (+48) 22 6915 950 fax: (+48) 22 8776 722
mail: office@igf.edu.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH Z DNIA 14.10.2019 R.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sejsmicznej aparatury pomiarowej wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jej użycia w pracach terenowych.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany i skalibrowany. Sprzęt musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia	
Rejestratory oraz sensory muszą być w pełni kompatybilne.	
Opis rejestratora:	
1.	24 bit, trójkanałowy;
2.	zasilanie ze standardowych wymiennych baterii jednorazowych umożliwiających ciągłą trójkanałową rejestrację przez co najmniej 14 dni przy próbkowaniu 100 Hz;
3.	urządzenie posiada możliwość zasilania zewnętrznego, do którego zostanie dostarczony odpowiedni przewód zasilający;
4.	wyposażony w GPS do pomiaru czasu;
5.	możliwość ustawienia próbkowania co najmniej na: 50, 100, 200, 400-500 Hz;
6.	pamięć urządzenia typu flash umożliwiająca rejestrację trójkanałową przez co najmniej 28 dni;
7.	obudowa wodoodporna, co najmniej IP67;
8.	rozmiar rejestratora: maksymalna wysokość: 10 cm, suma pozostałych wymiarów nie większa niż 35 cm;
9.	masa rejestratora bez baterii maks. 1 kg
10.	rejestratory powinny być dostarczone w terenowych skrzynkach transportowych wielokrotnego użytku, pakowane do 15 sztuk w pojedynczej skrzynce;
11.	o ile system wymaga dodatkowych niestandardowych urządzeń, Wykonawca dostarczy wraz z rejestratorami dodatkowe urządzenia i kable niezbędne do programowania, monitorowania i zgrywania danych ze stacji, co najmniej 3 komplety;

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia	
12.	Wykonawca dostarczy oprogramowanie pozwalające programować, monitorować oraz zgrywać dane przy użyciu standardowego komputera osobistego oraz umożliwi konwersje danych do typowych formatów sejsmicznych tj. SEG-Y i mSEED.
Opis sensora:	
1.	trójskładowy, na szpilkach;
2.	podłączany do rejestratora przy użyciu przewodu. Wykonawca dostarczy przewód połączony z sensorem i odpowiednią wtyczką;
3.	częstość własna: nie więcej niż 4.5 Hz;
4.	pasywny;
5.	sensory trójskładowe powinny być dostarczone w terenowych skrzynkach transportowych wielokrotnego użytku, pakowane do 15 sztuk w pojedynczej skrzynce, należy dostarczyć również 2 dodatkowe takie skrzynki.

Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć instrukcję obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia (w języku polskim i/lub angielskim).

Gwarancja: Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 24 miesiące, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

W zakresie odbiorników GPS, w przypadku wystąpienia problemu związanego z WNRO (Week Number Roll Over), Wykonawca zapewni w cenie umowy dożywotni serwis umożliwiający prawidłowe prowadzenie badań.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY PO ZMIANACH Z DNIA 14.10.2019 R.

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa	
Adres skrzynki ePUAP	
REGON	
NIP	
Adres	
Nr telefonu	

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest **dostawa sejsmicznej aparatury pomiarowej wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jej użycia w pracach terenowych (nr ref. sprawy: ZP/14/19) i:**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. **Oferujemy realizację zamówienia:**

L.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto /pln/	Wartość netto /pln/ (kolumna 4 x 5)	Stawka VAT	Wartość brutto /pln/ (kolumna 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rejestrator	sztuka	100				
2.	Sensor	sztuka	100				
Wartość ogółem oferty:							

* Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może obliczyć cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

5. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.
6. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia o niżej wymienionych parametrach technicznych:

L.p.	Wymagany parametr	Parametry aparatury będącej przedmiotem oferty
1	2	3
	Rejestratory oraz sensory muszą być w pełni kompatybilne.	spełnia / nie spełnia*
Opis rejestratora:		
1.	24 bit, trójkanałowy;	spełnia / nie spełnia*
2.	zasilanie ze standardowych wymiennych baterii jednorazowych umożliwiających ciągłą trójkanałową rejestrację przez co najmniej 14 dni przy próbkowaniu 100 Hz;	spełnia / nie spełnia*
3.	urządzenie posiada możliwość zasilania zewnętrznego, do którego zostanie dostarczony odpowiedni przewód zasilający;	spełnia / nie spełnia*
4.	wyposażony w GPS do pomiaru czasu;	spełnia / nie spełnia*
5.	możliwość ustawienia próbkowania co najmniej na: 50, 100, 200, 400-500 Hz;	spełnia / nie spełnia*
6.	pamięć urządzenia typu flash umożliwiająca rejestrację trójkanałową przez co najmniej 28 dni;	rejestracja trójkanałowa przez: dni*

L.p.	Wymagany parametr	Parametry aparatury będącej przedmiotem oferty
1	2	3
7.	obudowa wodoodporna, co najmniej IP67;	spełnia / nie spełnia*
8.	rozmiar rejestratora: maksymalna wysokość: 10 cm, suma pozostałych wymiarów nie większa niż 35 cm;	wysokość:* cm, szerokość:* cm, długość:* cm.
9.	masa rejestratora bez baterii maks. 1 kg	spełnia / nie spełnia*
10.	rejestratory powinny być dostarczone w terenowych skrzynkach transportowych wielokrotnego użytku, pakowane do 15 sztuk w pojedynczej skrzynce;	spełnia / nie spełnia*
11.	o ile system wymaga dodatkowych niestandardowych urządzeń, Wykonawca dostarczy wraz z rejestratorami dodatkowe urządzenia i kable niezbędne do programowania, monitorowania i zgrywania danych ze stacji, co najmniej 3 komplety;	System wymaga dodatkowych urządzeń i zostaną dostarczone / System nie wymaga dodatkowych urządzeń *
12.	Wykonawca dostarczy oprogramowanie pozwalające programować, monitorować oraz zgrywać dane przy użyciu standardowego komputera osobistego oraz umożliwi konwersje danych do typowych formatów sejsmicznych tj. SEG-Y i mSEED.	spełnia / nie spełnia*
Opis sensora:		
1.	trójskładowy, na szpilkach;	spełnia / nie spełnia*
2.	podłączany do rejestratora przy użyciu przewodu. Wykonawca dostarczy przewód połączony z sensorem i odpowiednią wtyczką;	spełnia / nie spełnia*
3.	częstość własna: nie więcej niż 4.5 Hz;	spełnia / nie spełnia*
4.	pasywny;	spełnia / nie spełnia*
5.	sensory trójskładowe powinny być dostarczone w terenowych skrzynkach transportowych wielokrotnego użytku, pakowane do 15 sztuk w pojedynczej skrzynce, należy dostarczyć również 2 dodatkowe takie skrzynki.	spełnia / nie spełnia*

**Uwaga: kolumna nr 3 musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach dokładnych parametrów poszczególnych elementów będących przedmiotem oferty lub skreślenie „spełnia”/„nie spełnia”, w zależności czy poszczególne elementy będące przedmiotem oferty spełniają, czy nie spełniają poszczególne wymagania określone w kolumnie nr 2.*

7. W zakresie kryterium oceny ofert:

L.p.	Nazwa kryterium	Uwagi/opis parametru	Parametr oferowany przez Wykonawcę
1	2	3	4
1	Okres gwarancji (OG)	Minimalny dopuszczalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.	Ilość miesięcy:*
2.	Termin realizacji zamówienia (TR)	Maksymalny dopuszczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 20 dni roboczych.	Ilość dni*
Parametr techniczny (PT)			
3.	Rejestrator: zasilanie z wymiennych baterii umożliwiające ciągłą trójkanałową rejestrację przy próbkowaniu 100 Hz	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przez okres 16 dni – 1 pkt.; ➤ przez okres 18 dni – 2 pkt.; ➤ przez okres 20 dni – 3 pkt.; ➤ przez okres 22 dni – 4 pkt.; ➤ przez okres 24 dni i powyżej – 5 pkt. dni* przy próbkowaniu 100 Hz
4.	Rejestrator: możliwość ustawienia próbkowania	Możliwość ustawienia próbkowania na 800 Hz przy rejestracji jednokanałowej;	TAK / NIE*
5.	Rejestrator: Rozmiar rejestratora	Wysokość rejestratora poniżej 10 cm.	Wysokość rejestratora cm*
6.	Rejestrator: Pamięć rejestratora	Pamięć urządzenia typu flash umożliwiająca rejestrację trójkanałową przez ponad 60 dni	TAK / NIE*
7.	Sensor:	Częstość własna Hz*

**Uwaga: Wykonawcy, oferujący parametry wyszczególnione w tabeli otrzymają liczbę punktów odpowiednią dla danego oferowanego parametru poprzez wpisanie danych lub skreślenie odpowiednio TAK / NIE zgodnie z kolumną nr 4.*

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Informujemy, że wybór naszej oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

lub

Informujemy, że wybór naszej oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*:

L.p.	Nazwa towaru/usługi	Wartość towaru/usługi netto (bez podatku VAT)

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić)

Uwaga: Obowiązek informowania Zamawiającego przez Wykonawcę o możliwości powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego wynika z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych. Powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego może mieć miejsce w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- importu usług lub towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT, którego istotą jest przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy (tu: Wykonawcy) na nabywcę (tu: Zamawiającego).

Mechanizm znajduje zastosowanie przy obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, gdy spełnione są dodatkowe warunki określone w ustawie. W przypadku podmiotu krajowego, składającego ofertę na dostawę towarów nieobjętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, wybór jego oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (Wykonawca a nie Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT), a zatem podmiot taki winien wówczas zaznaczyć przypadek pierwszy („nie będzie”).

10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r poz. 1010 ze zm.)*

lub

Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić)

11. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami*

lub

następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:

Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania podwykonawcy	Określenie części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcom (% lub w zł)	Nazwa podwykonawcy

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić)

12. Wadium wniesione w pieniądzu na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych prosimy zwrócić na następujące konto:¹

.....

13. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 12 SIWZ wskazujemy dostępność poniższych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 pkt 1) i 2) SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych²:

Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdział VII ust. 6 pkt. 2) lit. a) SIWZ):	Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych

14. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

.....

.....

Adres e-mail:

15. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

1) (imię i nazwisko) (zajmowane stanowisko).....

2) (imię i nazwisko)..... (zajmowane stanowisko).....

16. W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii:

1) mailem na adres:

2) pisemnie na adres:

17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

¹ Wypełnić gdy dotyczy

² Wypełnić gdy dotyczy.

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴

18. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

19. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

1)

2)

3)

20. Ofertę składamy nakolejno ponumerowanych stronach.

....., dnia

/Miejscowość, data/

.....

***/Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/***

⁴ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).