Warszawa, 24.08.2020

/Do uczestników postępowania/

Dotyczy Zapytania ofertowego dotyczącego dostawy mikrowagi dla Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego na dostawę mikrowagi dla Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych:

Pytanie: „Czy zamawiając dopuści mikrowagę o maksymalnym poborze mocy 10W w zamian za wymagane 1 A (bezprzewodowy terminal -1A)?"

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z nieścisłością warunku „Maksymalny pobór mocy: 1 A (bezprzewodowy terminal - 1A)" Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w zapytaniu ofertowym na poniższy:

„Maksymalny pobór mocy 20 W"

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Na podstawie pkt. IX ust. 1 Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Zapytania ofertowego oraz formularza ofertowego.